

Dodavatel je povinen doplnit všechna modře podbarvená políčka a uvést hodnotu nabízeného parametru (pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo NE, v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na předmět plnění veřejné zakázky), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu nabízeného parametru.

7 ks lůžek

Značka a typ lůžek:

vyplní účastník

Parametr	hodnota požadovaná zadavatelem	hodnota nabízená dodavatelem
záruční doba	min. 24 měsíců	konkrétní údaj
garance zajištění náhradních dílů	po dobu min. 7-mi let od dodání zboží	ANO/NE
bezpečnost lůžka	shoda s platným právním předpisem nebo srovnatelné či lepší řešení	ANO/NE
nosnost	minimálně 220 kg	konkrétní údaj
Rozměry ložné plochy vnitřní	200 x 86 (+-4cm)	konkrétní údaj
4 dílná ložná plocha z kovových lamel		ANO/NE
Zádový díl, dlouhý	minimálně 85 cm	konkrétní údaj
Výškové nastavení 25 – 80cm	ANO	ANO/NE
Nastavení opěradla	70° +/- 5°	konkrétní údaj
Nastavení lýtkové části	ANO	ANO/NE
Rám lůžka je vybaven minimálně 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování	ANO	ANO/NE
Autoregrese celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy	ANO	ANO/NE
Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže s jednoduchým systémem	ANO	ANO/NE